



FICHA TECNICA

LOCKING TITANIUM ELASTIC PIN

DESCRIPCION:

- Los clavos flexibles están diseñados para la fijación de fracturas diafisarias de huesos largos donde el canal medular es estrecho o se requiere flexibilidad del implante. Estos clavos están diseñados para dar una estabilidad adicional mediante un tornillo de bloqueo

INDICACIONES DE USO:

Se puede utilizar para:

- Fijación de fracturas diafisarias de los huesos largos.
 - Miembro inferior
 - Miembro superior
- Algunas fracturas metafisarias de extremidades inferiores en pacientes pediátricos y de baja estatura.
- Fractura del cuello del radio.



CARACTERISTICAS:

- En pacientes pediátricos, la flexibilidad del clavo permite insertarlo en un punto que no alterara o interrumpe la placa de crecimiento.
- Conformado con forma pre conformadas y rectas
- Presenta 3 puntos de apoyo en la superficie interna del hueso.
- Provee estabilidad frente a la flexión, estabilidad axial, estabilidad frente al desplazamiento perpendicular y estabilidad frente a la rotación.

	Recto	Medial	Lateral
Ø 2.0 mm	300 mm		200-250 300 mm
Ø 2.5 mm	300 mm		200-250 300 mm
Ø 3.0 mm	400 mm		200-250-300 350-400 mm
Ø 3.5 mm	400 mm	200-250-300 350-400 mm	200-250-300 350-400 mm
Ø 4.0 mm	400 mm	200-250-300 350-400 mm	200-250-300 350-400 mm
Ø 5.0 mm	400 mm		200-250-300 350-400 mm

VENTAJAS:

- Posibilidad de atornillado para evitar la migración e irritación de partes blandas
- Orificio de fijación con posibilidad de tornillo con fijación al clavo
- DIAMETRO DEL CLAVO:
 - Para ajustarse a todas las indicaciones de fracturas de huesos largos
- ANGULACIONES DE 10º y 20º:
 - Diferentes grados de angulación pre conformada
 - Pendiente de 14º hasta 5.5 cm de la parte proximal
 - Longitudes desde 200mm a 40mm
- No permite apertura del foco de fractura
- No hay manipulación del periostio y formación de hematoma
- Rápida recuperación
- Poco riesgo de foco de infección

ENVASADO:

- No Estéril.

MATERIAL:

- Titanio

INSTRUCCIONES DE USO:

- Según procedimiento habitual en cada quirófano basado en la técnica quirúrgica indicada por el fabricante.

INFORMACION REGLAMENTARIA:

- Clase de AEMPS: IIb

INFORMACION ADMINISTRATIVA:

DISTRIBUIDO POR:

- FUTURIMPLANTS S.L.
C/ Josefina Manresa Quesada 113 bajo
C.P. 03202
Elche- Alicante
Tlf. 965 42 37 58 Fax: 965 42 37 53
@: futurimplants@grupo-sr.com

